


病院内に設置しているAEDバッテリー確認

必ず作動するかインジケータランプを確認してください（バッテリーが正常かの確認）。



インジケータランプがフラッシュしていれば、バッテリーオッケー作動します。

AED・AEDボックスに関する問合せ
ME機器センター：内線4657

御質問等は、下記宛にお願い致します。

安全衛生管理室

内線：4562 PHS：2978

FAX：075-751-6151